

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-CC-10 Version : C Date : 09/05/2006 2/2
VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION CG/C/IRMS		

4. Calibration de l'instrument

Code de la solution Mix Cal Acétate:.....091A.....

Valeurs obtenues (‰):

	5a Androstanol AC	Etiolanolone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiolanolone AC
date .009	-30.40	-19.98	-33.71	-16.74
date .016	-30.25	-19.95	-33.63	-16.62

Intervalle de valeurs acceptables:

	5a Androstanol AC	Etiolanolone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiolanolone AC
Valeurs théoriques	-30.46	-19.91	-33.81	-16.30
Valeurs théoriques + 0.5‰	-29.96	-19.41	-33.31	-15.80
Valeurs théoriques - 0.5‰	-30.96	-20.41	-34.31	-16.80

Résultats conformes :

oui

☒


non

☐

Résultats : CONFORME / ~~NON CONFORME~~
Rayer la mention inutile

Observations:

Validation

Opérateur		Responsable	
Date	Code et Visa	Date	Code et Visa
4/8/16	2805	05/08/06	49 

Cet enregistrement est à transmettre au responsable du secteur confirmation concerné
puis à archiver vivant dans le dossier matériel de l'appareil concerné dans la section correspondante.